



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SÃO PAULO

11/01/2018

FICHA DE PROCEDIMENTOS
No.000020/18

Pág.1

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

46.392.130/0003-80 2027429 SUVIS SÃO MIGUEL

CNPJ/CPF Código SIA Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

35220517856

CNPJ/CPF Número de Cadastro - CEVS

KELLY JANUARIO BONATTI PEZZINE

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

R ARLINDO COLAÇO nº 82 SL

Logradouro, No

SÃO MIGUEL PTA

SÃO PAULO / SP

Bairro

Município / UF

(11) 22970387

(11

08010-010

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

PROGRAMADA

11/01/2018

11/01/2018

Origem do Procedimento

Início (Data)

Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

Inspeção em continuidade ao relato Sivisa nº 0017/18 para averiguação das correções das irregularidades de maior risco sanitário tais como higiene, organização, controle biológico e químico da eficácia da esterilização, entre outras questões e a pedido da proprietária que solicitou a desinterdição do estabelecimento.

- Finalidade:

PROGRAMA MUNICIPAL

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

Srta. Kelly Pezzine Bicas, CRO SP nº 121365, responsável técnica pelo consultório e também proprietária.

- Relato da situação:

Ao comparecer ao local fomos recebidos e acompanhados pela responsável técnica onde constatamos as seguintes adequações:

- Consultórios: as três apresentam-se limpas, organizadas, abastecidas próximas da pia exclusiva para lavagem das mãos com sabonete líquido e papel toalha descartável, fora colocadas barreiras físicas nos equipamentos odontológicos e nas gavetas dos gabinetes da sala 2 onde possuem os instrumentais estes estavam identificados com data da esterilização de 10/01/2018 com validade até 17/01/2018, foi refeito todo o processo de esterilização dos instrumentais, realizado controle biológico e químico datados de 10/01/2018 onde o resultado foi adequado, ausência de objetos em desuso nos mesmos, almofadias identificadas com álcool a 70% com validade de 7 dias;

- Sala de Esterilização: Limpa e organizada, trocado o recipiente que anteriormente estava sujo, retirados materiais inservíveis, dispositivos para sabonete líquido e papel toalha abastecidos próximo à pia, presença de toda a estrutura para a pré lavagem e lavagem dos instrumentais;

No.000020/18

- Documentos apresentados no ato: Manual de Rotinas e Procedimentos contendo a rotina detalhada do consultório;

PENDÊNCIAS

- Documentos: Certificado de Controle Integrado de Pragas, AVCB- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Controle Biológico atualizado da eficácia da esterilização, Laudo Radiométrico e Controle de Qualidade atualizado do Raio X,

Certificado de Limpeza da Caixa d'água

- Suporte para a guarda do colete de chumbo;

- Consultório 3 aos fundos: Realizar a manutenção do estofado da cadeira, melhorar a iluminação do local

- Considerações finais:

O estabelecimento efetuou várias adequações conforme relato, sendo que o risco à saúde pública foi minimizado, conforme relato. Diante do exposto, o consultório foi desinterditado sendo lavrado Termo de Desinterdição de Estabelecimento Série F nº 2041. O estabelecimento segue em acompanhamento por esta vigilância até a regularização total do mesmo.

- Providências:**16.ORIENTAÇÃO TÉCNICA****21.DESINTERDIÇÃO TOTAL****CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO**

Satisfatório com restrições	Baixo	25
Conclusão	Risco	Prazo de Adequação

PROFISSIONAIS

Credencial	Nome
8078211	MICHELE CRISTINE AGUERA FILOMENO
80644071	DAVID DE SOUZA SILVA